



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SEÇÃO DE COMPRAS

ATA DA SESSÃO PÚBLICA

Processo: 170/2017

Pregão N°: 41/2017

Objeto: Aquisição de equipamentos médicos e odontológicos, conforme Emendas parlamentares, Propostas do Fundo Nacional de Saúde, números 11341134000/1130-09, 11341134000/1150-01, 11341134000/1160-01, 11341134000/1160-07 e 11341134000/1160-08, a serem utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de São Miguel Arcanjo, conforme especificações e quantidades constantes no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.

PREÂMBULO

No dia **19 de Março de 2018**, às **16:00** horas, reuniram-se na PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO, na sala de licitações, sito a PÇA ANTONIO FERREIRA LEME, 53, Centro, a Pregoeira, Senhora **MARLI MENDES BICUDO DA SILVA MOTA**, e a Equipe de Apoio, Senhores **ALISSON NUNES FERREIRA, DARCI RODRIGUES, GISELE AP FERREIRA BONAFONTE e NÁDIA DO PRADO MENDES**, designados conforme Portaria 017/2018 de 02 de fevereiro de 2018, para abertura do envelope “Habilitação” da empresa **PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA**, referente ao item 015 – Desfibrilador Externo Automático, devido a desclassificação das empresas **IBILIFE MEDICAL LTDA ME, SILVIO VIGIDO-ME e DUOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES** pelo não atendimento ao descritivo do edital.

HABILITAÇÃO

Aberto o 2º Envelope da Licitante **PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA** que apresentou a proposta conforme o descritivo do edital para o item 015 e analisados os documentos de habilitação, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, sendo que a licitante enviou as certidões atualizadas.

COTA ABERTA

ITEM: 0015 - Desfibrilador Externo Automático, com tecnologia de onda bifásica, que identifique e interprete automaticamente o traçado do ECG do paciente através de pás adesivas multifunções, que devem ser descartáveis, auto-aderentes, e servir tanto em pacientes em adulto como em pediátricos. Pás adesivas com cabo de conexão de no mínimo 120 cm, desenho exemplificado o posicionamento correto das mesmas, e vida útil de no mínimo 2 anos após a data de fabricação. Capacidade para desfibrilação pediátrica, através de descarga de energia reduzida em no máximo 50J. Para paciente adulto, energia no máximo de 150J. Deve trabalhar com tempo total de carga, inferior a 8 segundos e tempo de retomada de leitura do ECG após o choque de ate 20ms. Ser capaz de auxiliar o socorrista a realizar RCP através de comando de voz em português, de forma detalhada, para guiar o usuário durante todo o ciclo de ressuscitação. Possuir sistema de aviso sonoro e visual caso o aparelho necessite de manutenção, e também quando a bateria estiver fraca. Possuir bateria de no mínimo 200 choques. Acompanha maleta e 01 jogo de pás, registro na Anvisa.

FASE: ENCERRAMENTO DO ITEM

PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	R\$ 7.789,0000	Vencedor
IBILIFE MEDICAL LTDA ME	R\$ 5.920,0000	Desclassificado
SILVIO VIGIDO-ME	R\$ 6.850,0000	Desclassificado
DUOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	R\$ 7.140,0000	Desclassificado

COTA RESERVADA

ITEM: 0048 - Desfibrilador Externo Automático, com tecnologia de onda bifásica, que identifique e interprete automaticamente o traçado do ECG do paciente através de pás adesivas multifunções, que devem ser

descartáveis, auto-aderentes, e servir tanto em pacientes em adulto como em pediátricos. Pás adesivas com cabo de conexão de no mínimo 120 cm, desenho exemplificado o posicionamento correto das mesmas, e vida útil de no mínimo 2 anos após a data de fabricação. Capacidade para desfibrilação pediátrica, através de descarga de energia reduzida em no máximo 50J. Para paciente adulto, energia no máximo de 150J. Deve trabalhar com tempo total de carga, inferior a 8 segundos e tempo de retomada de leitura do ECG após o choque de até 20ms. Ser capaz de auxiliar o socorrista a realizar RCP através de comando de voz em português, de forma detalhada, para guiar o usuário durante todo o ciclo de ressuscitação. Possuir sistema de aviso sonoro e visual caso o aparelho necessite de manutenção, e também quando a bateria estiver fraca. Possuir bateria de no mínimo 200 choques. Acompanha maleta e 01 jogo de pás, registro na Anvisa.

FASE: ENCERRAMENTO DO ITEM

Fracassado

IBILIFE MEDICAL LTDA ME	R\$ 5.920,0000	Desclassificado
SILVIO VIGIDO-ME	R\$ 6.850,0000	Desclassificado
DUOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	R\$ 7.140,0000	Desclassificado

RESULTADO

À vista da habilitação, foi declarado:

ITEM 0015	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.....	R\$ 7.789,0000Vencedor
ITEM 0048	Fracassado	

VALOR TOTAL ADJUDICADO

PHILIPS DO BRASIL LTDA R\$ 38.945,00.

ADJUDICAÇÃO

Ato contínuo, a Pregoeira adjudicou o item 015 para a empresa **PHILIPS DO BRASIL LTDA.**

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pela Pregoeira e pelos membros da Equipe de Apoio.

ASSINAM:

PREGOEIRO/EQUIPE DE APOIO

MARLI MENDES BICUDO DA SILVA MOTA
Pregoeira

DARCI RODRIGUES

NÁDIA DO PRADO MENDES

ALISSON NUNES FERREIRA

GISELE AP FERREIRA BONAFONTE

